



# Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen

State Enterprise of Metrology and Verification (Germany)

DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.

THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT.

## Eichschein

Verification certificate



**Nummer** 4-0242/2019

Number

**Gegenstand** Nichtselbsttätige Waage der Genauigkeitsklasse III

Object

HTF300 / IT3000

**Identifikation** 1710890; 086265

Identification

**Hersteller** SysTec

Manufacturer

**Antragsteller** ARE Deutzen GmbH

Applicant

Fabrikstr. 7

04575 Neukieritzsch

**Prüfverfahren** Die Prüfung erfolgte entsprechend der Prüfanweisung "Gesetzliches Messwesen - Prüfanweisung für nichtselbsttätige Waagen" - GM-P 2.3 (NSW) Abschnitt 6

Test procedure

**Ergebnis** Die Anforderungen des Mess- und Eichgesetzes (MessEG) wurden erfüllt.

Result

**Ort und Datum der Eichung** Neukieritzsch, 2019-05-07


Place and date of verification

**Ende der Eichfrist** 2022-12-31

This verification is valid until

**Kennzeichen**

Marking



Die Eichfrist endet vorzeitig, wenn eine der in § 37 Absatz 2 des Mess- und Eichgesetzes beschriebenen Veränderungen eingetreten ist.

The Validity of the verification has ceased to exist if one of the changes listed in § 37 section 2 of the Mess- und Eichgesetz has occurred.

Eichscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit. Dieser Eichschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

Verification certificates without signature are not valid. This verification certificate may only be reproduced in unchanged form.

**Ort und Datum**

Place and date

**Unterschrift**

Signature

Leipzig, 2019-05-17

Dr. Nikita Garnov

Amtsleiter